

医薬品を正しく購入するための

# 説 明 文 書

一般用検査薬

使用前には必ず添付文書を読んでください

第一類医薬品

1	名 称	一般用 SARS コロナウイルス抗原キット Panbio™ COVID-19 Antigen ラピッド テスト(一般用)
2	キットの内容 及び成分・分量	(成分) 1 テスト中 1. テストデバイス 1 枚 (抗 SARS-CoV-2 マウスモノクローナル抗体、 抗 SARS-CoV-2 ヒトモノクローナル抗体結合金コロイド粒子) 2. 抽出液 1 本 付属品: 検体抽出容器 1 本、検体抽出容器キャップ 1 個、滅菌綿棒 1 本、 検体抽出容器立て 1 個、簡易操作ガイド 1 枚
3	使用目的	鼻腔ぬぐい液中の SARS-CoV-2 抗原の検出 (SARS-CoV-2 感染疑いの判定補助)
4	使用方法	<検査のしかた> 鼻の穴にゆっくり滅菌綿棒を約 2cm 挿入し、検体を採取します。 検体採取後、綿棒を抽出液に浸し、試料調製を行います。 試料液をテストデバイスに滴下し、15 分後にデバイスのラインを確認します。 ※検査方法の詳細は商品に付属の「添付文書」に記載してありますので、 必ずご確認の上、ご使用ください。
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	<新型コロナウイルス抗原検査の使用について> 体調が気になる場合等にセルフチェックとして本キットを使用し、陽性の場 合には適切に医療機関を受診してください。 陰性の場合でも、偽陰性 (過って陰性と判定されること) の可能性も考慮し、 症状がある場合には医療機関を受診してください。症状がない場合であっても、 引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けてくだ さい。 <注意> 1. 検査結果から自分で病気の診断をすることはできません。 2. 添付文書の記載内容で分かりにくいことがある場合は、医師又は薬剤師に 相談してください。 3. 廃棄に関する注意 本キットや検体採取に使用した綿棒などは家庭ごみとして各自治体の廃棄 方法に従って廃棄してください。 使用後の綿棒等は感染性を有するおそれがありますので、廃棄時の取扱いに は十分注意し、使用したキット (綿棒、検体抽出容器等を含む) をごみ袋に 入れて、しっかりしばって封をする、ごみが袋の外面に触れた場合や袋が破 れている場合は二重にごみ袋に入れる等、散乱しないように気を付けてくだ さい。
6	薬剤師が必要 と判断する 事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 法令により、要指導医薬品は必ず、第一類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3. 使用後、体調に変化等があった場合 (副作用など) には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。